DENTO-VIRACTIS ASPIGERM 95

DENTO-VIRACTIS

Diluição: 0,5%

Descrição	Dento-Viractis 95 ASPIGERM é recomendado para **limpeza e desinfeção de sistemas de aspiração**, cuspideiras e separadores de amálgama.
Áreas de aplicação	Para utilização em mangueiras de aspiração cirúrgica e de saliva
Características	✓ **Limpeza otimizada e sem espuma** ✓ Desincrustante derivado do limão ✓ Fragrância cítrica ✓ **Sem EDTA**, **sem CMR**, **sem fosfatos**
Apresentação comercial	Garrafa de 1 litro com doseador Bidão de 5 litros Acessórios: Bomba doseadora de 10 ml para sistema de 2 L Bomba doseadora de 15 ml para sistema de 3 L Bomba doseadora de 20 ml para sistema de 4 L

Atividade antimicrobiana			**Concentração**	**Tempo de contacto**
Bactericida	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5%	15 min
	EN 14561		2%	
Leveduricida	EN 13624	Candida albicans	0,5%	15 min
Virucida	Segundo a norma EN 14476	Vírus herpes simplex tipo 1	0,5%	5 min
	Segundo a norma EN 14476	PRV (vírus modelo HBV)	0,25%	1 min

DENTO-VIRACTIS ASPIGERM 95

DENTO-VIRACTIS

Composição	- Menos de 5% de tensioativos não iónicos - Perfume que inclui limoneno - Desinfetante: Etanol (n.º CAS 64-17-5), Cloreto de alquil (C12-16) dimetilbenzilamónio (n.º CAS 6842485-1), Propan-2-ol (n.º CAS 67-63-0)
Precauções	Contém D-LIMONENO. Pode provocar uma reação alérgica.
Instruções de utilização	**Preparação da solução a 0,5%:** **1.** Diluir 5 ml por litro de água (ou seja, 20 ml por 4 L de água). **Utilização:** **1.** Fazer circular a solução por cada tubo de aspiração **2.** Tempo de contacto: 15 minutos. **3.** Enxaguar
Frases de risco	- R36: Irritante para os olhos. - R50: Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Frases de segurança	- S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico especialista. - S57: Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. - S60: Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos. - S61: Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de dados de segurança.
Rotulagem	

Marcação CE0459 obtida em 2019. DM Classe IIa. Versão do formulário 2.0. de 09/2021

Distribuído por:
CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE

SODEL - ISO 9001/13485
190 rue René Barthélemy, Pôle d'activités
de l'Espérance, 14100 Lisieux, FRANCE.
Tel: +33 (0)2 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu - www.alkapharm.fr